



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

23.04.2026 № 014-377/26

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



2642746

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с получением информационного письма от уполномоченного представителя производителя ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьютерская компания» сообщает о проведении добровольного отзыва отдельных партий медицинского изделия «Устройство цифровое для определения овуляции «Клиаблу» (Clearblue) с принадлежностями», производства «ЭсПиДи Свис Пресижн Дайагностикс ГмбХ», Швейцария, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06660 от 03.10.2024.

Причина отзыва: добровольный отзыв в рамках ст. 37 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В случае получения дополнительной информации необходимо обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьютерская компания» (см. приложение).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания»
ИНН 7701639976
Россия, 125171 Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А,
стр. 2
Телефон: +(495)258-5888
Факс: +(495)258-5800
www.procterandgamble.ru

Исх. № 7 от 03.04.2026

**Субъектам обращения
медицинских изделий**

Уведомление о добровольном отзыве медицинского изделия из обращения

Настоящим письмом Общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» (далее ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»), являясь уполномоченным представителем производителя ЭсПиДи Свис Пресижн Дайагностикс ГмбХ (SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH), Швейцария, сообщает о добровольном отзыве из обращения на территории Российской Федерации определённых серий медицинского изделия:

Сведения об отзываемых сериях медицинского изделия

Наименование медицинского изделия	Устройство цифровое для определения овуляции «Клиаблу» (Clearblue) с принадлежностями, Принадлежности: - тест-полоски - 7 шт.		
Номер регистрационного удостоверения:	№ ФСЗ 2010/06660 от 03 октября 2024 года		
Производитель	ЭсПиДи Свис Пресижн Дайагностикс ГмбХ, Швейцария		
Штрихкод	8700216858595		
Отзываемые серии	Номер	Дата производства	Истечение срока годности
	HT2790/1A	2025-02-28	2027-12-04
	HT2791/1B	2025-02-24	2027-12-23
	HT2799/1A	2025-03-05	2027-12-23
	HT2799/1B	2025-03-05	2028-02-20
	HT2800/1C	2025-03-04	2028-02-20
	HT2828/1A	2025-04-14	2028-02-20

Причина отзыва

Срок годности, напечатанный на картонной пачке, не соответствует сведениям, указанным в локально зарегистрированном регистрационном досье

Рисков для безопасности нет, данная ситуация не представляет риска для здоровья потребителя.

Инструкции для дистрибьюторов / розничных продавцов

- Идентифицировать и изолировать (поместить в карантин) затронутую продукцию, согласно таблице выше.
- Немедленно прекратить распространение продукции.
- Вернуть не проданую продукцию поставщику, у которого была закуплена продукция.

Контакты для поддержки по отзыву

Для получения дополнительной информации и координации действий по возврату обращайтесь к:

- Вашему поставщику
- уполномоченному представителю производителя, ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», по адресу электронной почты: clearblueeee.im@pg.com

С уважением,



Башкиров А.Н.
Генеральный директор

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»