



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

13.07.2026 № 02И-784/26

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



2640483

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом уполномоченного представителя производителя ООО «МПК «Елец» к субъектам обращения медицинских изделий сообщает об отзыве медицинского изделия «Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05 «МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018», игла 1,20x40,0 мм (18G) TW, партия: 061, дата стерилизации: 11.2025 г., годен до: 11.2030 г., производства: ООО «МПК «Елец» (Россия), регистрационное удостоверение от 03.07.2019 № РЗН 2019/8556, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 13.04.2026 № 01и-343/26 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «МПК «Елец» (см. приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 13.07.2026 № 022-784/26



Медико-Производственная
Компания «Елец»

Субъектам обращения
медицинских изделий

Исх.номер 69 от 04.05.26г.

Информационное письмо

На основании письма Росздравнадзора г. Москва № 01и-343/26 от 13.04.2026г. об изъятии из обращения недоброкачественного медицинского изделия варианта исполнения «Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05-« МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018», партия 061, игла 1.20х40.0мм (18G) TW, дата стерилизации 11.2025г., годен до 11.2030г., производства ООО «МПК «Елец» (Россия), регистрационное удостоверение от 03.07.2019г. РЗН № 2019/8556, срок действия не ограничен и отрицательного экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора г.Москва,

Просим произвести возврат медицинского изделия «Устройства полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПК 23-05-« МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-018-74017482-2018», партия 061, дата стерилизации 11.2025г., годен до 11.2030г., производства ООО «МПК «Елец» (Россия), регистрационное удостоверение от 03.07.2019г. РЗН № 2019/8556, срок действия не ограничен для замены на качественное медицинское изделие, отвечающее требованиям ТУ, ГОСТа.

С уважением,

Генеральный директор ООО «МПК «Елец»

Моисеева В.Ю.

