



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

14.07.2026 № 02И-794/26

На № _____ от _____

О приостановлении применения
медицинского изделия



2640491

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, и на основании заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, сообщает о приостановлении применения медицинского изделия:

- «Материал шовный хирургический синтетический монофиламентный нерассасывающийся стерильный «Оптилен» (Optilene®)», вариант исполнения: 3.360 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP)/0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 10 мм, колющая, антибликовая поверхность (В), 3/8 окружности, тип CV2 pass, арт. С3097843; номер серии: 123152; дата производства: не указан, срок годности 04.2028; производства «Б. Браун Сурджикал С.А.», Испания, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6386 от 07.07.2022,

- «Материал шовный хирургический синтетический монофиламентный нерассасывающийся стерильный «Оптилен» (Optilene®)», вариант исполнения: 3.362 Нить хирургическая синтетическая монофиламентная нерассасывающаяся «Оптилен» (Optilene®), длина 75 см, диаметр 6/0(USP)/0,7(MP), синяя, без покрытия с иглой атравматической (2 шт.), длина 13 мм, колющая, 3/8 окружности, тип CV2 pass, с силиконовым покрытием, арт. С3097906; номер

серии: 125101; дата производства: не указана, срок годности 03.2030; производства «Б. Браун Сурджикал С.А.», Испания, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6386 от 07.07.2022, на основании приказа Росздравнадзора от 14.07.2026 № 638.

Врио руководителя



Д.В Пархоменко