



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

23.07.2026 № 01и-837/26

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2642663

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО ПКФ «Ахтамар», сообщает об отзыве медицинского изделия:

«Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 (двухслойные) 16 см x 14 см по 10 шт.», партия: 50С, дата изготовления: 4.2024, срок годности: 5 лет, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия, регистрационное удостоверение от 26.05.2017 № ФСР 2011/12069.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 04.06.2026 № 01и-585/26 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации и замены изделий следует обращаться в ООО ПКФ «Ахтамар», по адресу: 153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д. 44, тел./факс 8 (4932) 23-25-38, 23-25-47, e-mail ahtamar@bk.ru

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора
от 23.07.2026 № 01и-837/26

ПРОИЗВОДСТВЕННО-KOMMEPЧЕСКАЯ ФИРМА



ООО ПКФ "Ахтамар", ОКПО 16758213; ОГРН 1033700055344
Россия, 153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, 44
Тел./факс: (4932) 23-25-38, 23-25-47; e-mail: ahtamar@bk.ru
Интернет: www.ahtamar.ru

03.07.2026г. № 51
На №10-59515/26 от 02.07.26

РОСЗДРАВНАДЗОР

Субъектам обращения
медицинских изделий

Сообщаем, что в соответствии с письмом №01и-585/26 от 04.06.26, опубликованном на сайте Росздравнадзора и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора № 13/ГЗ-26-160Э от 29.04.2026г, было выявлено недоброкачественное медицинское изделие: «САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ по ГОСТ 16427-93, (двухслойные), типоразмер 16 × 14 см по 10 шт.», серия 50С дата производства 4 кв. 2024 г., производитель ООО ПКФ «Ахтамар».

В случае наличия данного изделия у Вас в обращении, необходимо произвести возврат данной продукции.

Возврату подлежат «САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ по ГОСТ 16427-93, (двухслойные), типоразмер 16 × 14 см по 10 шт, серия 50С, дата производства 4 кв. 2024 г., производитель ООО ПКФ «Ахтамар».

Также сообщаем, что был разработан план корректирующих мероприятий, а по результатам его выполнения оформлен отчет, с приложением подтверждающих документов. Ранее все документы были высланы в адрес Росздравнадзора - сопроводительное письмо № 44 от 17.06.26.

По вопросам возврата указанной продукции, просим Вас обращаться:

153015, г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д. 44

Тел./факс: 8 (4932) 23-25-38, 23-25-47

E-mail: ahtamar@bk.ru

С уважением,

Генеральный директор



Н.И. Мищенко