



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

04.09.2026 № 01И-1023/26

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



2648061

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «АЛЬФАМЕДЭКС», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия:

«ЭКГ электрод одноразовый MEDEREN, твердогоелевый, вспененная основа, взрослый, 42x50 мм x 50 шт.», партия: 20220703, дата производства: 2022-07, использовать до: 2027-07, производства: «Медерен Неотех Лтд.», Израиль, регистрационное удостоверение от 11.06.2020 № РЗН 2020/10715, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 02.07.2026 № 01И-737/26 о недоброкачественном медицинском изделии.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «АЛЬФАМЕДЭКС», по тел.: +7 (812) 627-21-41, по электронной почте reg@alfamedex.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



191221, РФ, г. Санкт-Петербург, Дачинский пр-т, д. 103, литер А, кв. 2
ИНН/ОГРН: 7804003661/7804003661; Банк: Фамиль-Сбербанк России АО «ФамильСбербанк», г. Санкт-Петербург
СВБ: 644030732, К/С: 60703044300000000000, К/О: 30107083000000000000

Исх. №25/2026 от 29.07.2026

Субъектам обращения медицинских изделий

Информационное письмо

Настоящим письмом ООО «АЛЬФАМЕДЭКС» уведомляет, что поставленные на рынок медицинские изделия «ЭКГ электрод одноразовый MEDEREN, твердотельный, вспененная основа, взрослый, 42x50 мм x 50 шт.» номер по каталогу (REF) 1413-M4250DFA; код партии (LOT) 20220703; дата изготовления: 2022-07; использовать до 2027-07; производства «Медерен Неотех Лимитед», Mederen Neotech Ltd., регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10715 от 11.06.2020 г. подлежат возврату на склад организации для дальнейшего уничтожения.

Причина отзыва: письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № 01И-737/26 от 02.07.2026 о недоброкачественном медицинском изделии.

Просим предпринять следующие действия:

1. Провести проверку наличия медицинского изделия «ЭКГ электрод одноразовый MEDEREN, твердотельный, вспененная основа, взрослый, 42x50 мм x 50 шт.» номер по каталогу (REF) 1413-M4250DFA; код партии (LOT) 20220703; дата изготовления: 2022-07; использовать до 2027-07; производства «Медерен Неотех Лимитед», Mederen Neotech Ltd., регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10715 от 11.06.2020 г.

2. Вернуть вашему поставщику неиспользованные медицинские изделия «ЭКГ электрод одноразовый MEDEREN, твердотельный, вспененная основа, взрослый, 42x50 мм x 50 шт.» номер по каталогу (REF) 1413-M4250DFA; код партии (LOT) 20220703; дата изготовления: 2022-07; использовать до 2027-07; производства «Медерен Неотех Лимитед», Mederen Neotech Ltd., регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10715 от 11.06.2020 г.

Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание. Безопасность пользователей и пациентов является главным приоритетом нашей компании.

При любых возникающих вопросах, пожеланиях, претензиях обращайтесь к уполномоченному представителю производителя ООО Альфамедэкс по телефону +7 (812) 627-21-41 или по электронной почте reg@alfamedex.ru.

С уважением,
Генеральный директор ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

Я.И. Пэвват
М.П.

