



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

22.09.2026 № 014-1094/26

На № _____ от _____

О приостановлении применения
медицинского изделия



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским
организациям

Органам управления
здравоохранением
субъектов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.05.2026 № 540н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, зарегистрированных в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза», в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, и на основании заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, сообщает о приостановлении применения медицинских изделий:

«Система коронарного стента с лекарственным покрытием Сиролимус Yukon Chrome PC», вариант исполнения: Система коронарного стента с лекарственным покрытием Сиролимус Yukon Chrome PC, в составе: 1. Стент коронарный, следующих моделей (марок): 2.50 x 21 мм, 2. Система доставки стента, следующих моделей (марок): 2.2. R09NP, номер партии: 20262508; каталожный номер (REF): T-CMG2521PC; дата производства: 16.02.2026; срок годности: 16.02.2028; производства «Транслумина ГмбХ», Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14899 от 13.12.2024

«Система коронарного стента с лекарственным покрытием Сиролимус Yukon Chrome PC», вариант исполнения: Система

коронарного стента с лекарственным покрытием Сиролимус Yukon Chrome PC, в составе: 1. Стент коронарный, следующих моделей (марок): 3.50 x 32 мм, 2. Система доставки стента, следующих моделей (марок): 2.2. R09NP; номер партии: 20262513; Каталожный номер (REF): T-CMG3532PC; дата производства: 17.02.2026; срок годности: 17.02.2028; производства «Транслумина ГмбХ», Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14899 от 13.12.2024, на основании приказа Росздравнадзора от 22.09.2026 № 850.



А.В. Самойлова